Codice Articolo - REF: ***Code***	**0481-7**
Descrizione: ***Product Description***	Siringa per anestesia intraligamentale *Intra-Ligament syringes*
Materiale di Produzione **Manufacturing Material**	Strumento realizzato in Ottone Cromato *Instrument made of Chrome-plated brass*
Note tecniche ***Technical notes***	Dispositivo Medico Classe I Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) *Medical Device Class I European Regulation 2017/745 (MDR)*
Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 500 cicli Sterilizzabile a vapore saturo fino ad un Max di 137° (3 min) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ *Product to be used after sterilization.* *Autoclavable for 500 cycles* *Steam sterilizable up to a maximum temperature of 137°C (3 min)* *For more informations see „Reprocessing Tools“*
Confezionamento ***Packages***	Singolo Pezzo *Single Piece*
Stoccaggio ***Storage***	*Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti* di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources.*

Fabbricato da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)