| | |
|---|---|
| **Codice Articolo - REF:**<br>***Code*** | **0482-1** |
| **Descrizione:**<br>***Product Description*** | Base appoggio per siringa<br>*Syringe Stand* |
| **Materiale di Produzione**<br>**Manufacturing Material** | Strumento realizzato in Ottone Cromato<br>*Instrument made of Chrome-plated brass* |
| **Note tecniche**<br>***Technical notes*** | Dispositivo Medico Classe I<br>Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)<br>*Medical Device Class I European Regulation 2017/745 (MDR)* |
| **Sterilizzazione & Durata**<br>***Sterilization & Duration*** | Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.<br>Sterilizzabile per 500 cicli<br>Sterilizzabile a vapore saturo fino ad un Max di 137° (3 min)<br>Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“<br>*Product to be used after sterilization.*<br>*Autoclavable for 500 cycles*<br>*Steam sterilizable up to a maximum temperature of 137°C (3 min)*<br>*For more informations see „Reprocessing Tools“* |
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Singolo Pezzo<br>*Single Piece* |
| **Stoccaggio**<br>***Storage*** | *Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti* di calore<br>*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources.* |

| | |
|---|---|
| **Fabbricato da**<br><br>***Produced by*** | Asa Dental S.p.A.<br>Via Valenzana di sopra, 60<br>55054 Bozzano (Lu) |