Codice Articolo – Ref.:

Code

0495-3

Descrizione

Product Description

Osteotomi - Concavi

Osteotomes - Concaves

Dettagli

Details

	Ø Punta/*Tip*	Ø a 7.5 mm	Ø a 9 mm	Ø a 10.5 mm	Ø a 12 mm	Ø a 13.2 mm	Ø a 15.2 mm
0495-1	1.5 mm	1.6 mm	1.7 mm	2.2 mm	2.4 mm	2.5 mm	3.4 mm
0495-2	1.8 mm	2 mm	2.1 mm	2.9 mm	3 mm	3.1 mm	3.2 mm
0495-3	2.9 mm	3.1 mm	3.2 mm	3.3 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.5 mm
0495-4	3.1 mm	3.8 mm	3.9 mm	4.1 mm	4.2 mm	4.3 mm	4.6 mm

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I.
Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica 2007/47/CE

Medical Device Class I.
European Directive 93/42/CEE and subsequent modification 2007/47/CE

Sterilizzazione & Durata

Sterilization & Duration

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)