Codice Articolo – Ref.: ***Code***	**0690**
Descrizione ***Product Description***	Ultralight Mirror *Ultralight Mirror*
Dati tecnici ***Technical data***	Lampadine Philips Miniature infrangibili. Potenza 2.25 V – 0.25 A 2 batterie tipo AAA da 1,5 V consigliate quelle alcaline *Philips shockproof miniature lamps 2.25 V – 0.25 A* *N°2 x 1,5 V alcaline batteries AAA type*

Ricambi
Replacement

0690-G	Guarnizione / O-ring
0690-L	Luce / Lamp
0690-M	Molla / Spring
0690-T	Testa / Head with mandrel

Materiale di produzione ***Manufacture***	Strumento realizzato in acciaio inossidabile *Instrument made of stainless steel*
Note tecniche ***Technical notes***	Dispositivo Medico Classe I Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) *Medical Device Class I* *European Regulation 2017/745 (MDR)*
Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 1000 cicli (Temperatura Max consigliata 160 °C) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ *Product to be used after sterilization.* *For more informations see „Reprocessing Tools“* *Autoclavable for 1000 cycles* *(Recommended Max temperature 160°C)*

Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)