| ASA DENTAL | SCHEDA TECNICA ARTICOLI<br>TECHNICAL DATA SHEET | Rev. 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Codice Articolo – Ref.:**<br>***Code*** | **1504-1** |
| **Descrizione**<br>***Product Description*** | Strumenti per modellare e rifinire otturazioni Interproximal<br>*Interproximal amalgam carvers* |
| **Materiale di produzione**<br>***Manufacture*** | Strumento realizzato in acciaio inossidabile<br>*Instrument made of stainless steel* |
| **Note tecniche**<br>***Technical notes*** | Dispositivo Medico Classe I<br>Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)<br>*Medical Device Class I*<br>*European Regulation 2017/745 (MDR)* |
| **Sterilizzazione & Durata**<br>***Sterilization & Duration*** | Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.<br>Sterilizzabile per 3000 cicli<br>(Temperatura Max consigliata 180 °C)<br>Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“<br>*Product to be used after sterilization.*<br>*For more informations see „Reprocessing Tools“*<br>*Autoclavable for 3000 cycles*<br>*(Recommended Max temperature 180°C)* |
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Singolo pezzo<br>*Single piece* |

| | |
|---|---|
| **Stoccaggio** | Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore |
| ***Storage*** | *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources* |
| **Prodotto da** | Asa Dental S.p.A.<br>Via Valenzana di sopra, 60 |
| ***Produced by*** | 55054 Bozzano (Lu) |