ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Codice Articolo – Ref.: ***Code***	**2702-L**
Descrizione ***Product Description***	Vassoio forato (Dim. 200x100x10 mm) *Perforated base (Dim. 200x100x10mm)*
Materiale di produzione ***Manufacture***	Strumento realizzato in acciaio inossidabile *Instrument made of stainless steel*
Note tecniche ***Technical notes***	Dispositivo Medico Classe I Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) *Medical Device Class I* *European Regulation 2017/745 (MDR)*
Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 3000 cicli) (Temperatura Max consigliata 180 °C) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ *Product to be used after sterilization.* *Autoclavable for 3000 cycles* *(Recommended Max temperature 180°C)* *For more informations see „Reprocessing Tools“*
Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*

Stoccaggio	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore
Storage	*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)