| ASA DENTAL | SCHEDA TECNICA ARTICOLI<br>TECHNICAL DATA SHEET | Rev. 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Codice Articolo – Ref.:**<br>***Code*** | **2772-1V** |
| **Descrizione**<br>***Product Description*** | Vassoi Portastrumenti Inox (Dim. 182x144x34 mm – 5 strumenti)<br>*Stainless Steel Instrument Trays (Dim. 182x144x34 mm – 5 instruments)* |
| **Materiale di produzione**<br>***Manufacture*** | Strumento realizzato in acciaio inossidabile con rastrelliera in silicone<br>*Instrument made of stainless steel with silicone insert frame* |
| **Note tecniche**<br>***Technical notes*** | Dispositivo Medico Classe I<br>Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)<br>*Medical Device Class I*<br>*European Regulation 2017/745 (MDR)* |
| **Sterilizzazione & Durata**<br>***Sterilization & Duration*** | Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.<br>Sterilizzabile per 3000 cicli (Vassoio) e 200 cicli (Rastrelliera)<br>(Temperatura Max consigliata 180 °C)<br>Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“<br>*Product to be used after sterilization.*<br>*For more informations see „Reprocessing Tools“*<br>*Autoclavable for 3000 cycles (Tray) and 200 cycles (Insert frame)*<br>*(Recommended Max temperature 180°C)* |
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Singolo pezzo<br>*Single piece* |

**Stoccaggio**

***Storage***

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

**Prodotto da**

***Produced by***

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)