ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Codice Articolo – Ref.:

Code

2807-U1

Descrizione

Product Description

Portaimpronta superiori „PERMA-LOCK“
con bordino ritentivo

“PERMA-LOCK” solid upper impression trays with retention rim

COD.		mm	mm
2807-U1	XXS	61	47
2807-U2	XS	64	51
2807-U3	S	66	53
2807-U4	M	69	57
2807-U5	L	71	60
2807-U6	XL	73	62

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata

Sterilization & Duration

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)