| ASA DENTAL | SCHEDA TECNICA ARTICOLI<br>TECHNICAL DATA SHEET | Rev. 01 |
|---|---|---|

**Codice Articolo – Ref.:**

***Code***

**2850-8**

**Descrizione**

***Product Description***

Portaimpronte in plastica autoclavabili Orthobaby
(Serie: MIDI da 8 pezzi)

*Autoclavable Orthodontic plastic impression trays*
*(set of 8)*

**Contenuto**

***Contents***

| COD. | | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 2850-U1 | | 50 | 46 |
| 2850-U2 | | 56 | 51 |
| 2850-U3 | | 59 | 55 |
| 2850-U4 | | 63 | 59 |

| COD. | | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 2850-L1 | | 52 | 44 |
| 2850-L2 | | 58 | 49 |
| 2850-L3 | | 62 | 53 |
| 2850-L4 | | 66 | 56 |

**Materiale di produzione**

***Manufacture***

Strumento realizzato in plastica

*Instrument made of plastic*

**Note tecniche**

***Technical notes***

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

*Medical Device Class I*
*European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione & Durata**

***Sterilization & Duration***

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 2000 cicli
(Temperatura Max consigliata 140 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

*Product to be used after sterilization.*
*For more informations see „Reprocessing Tools“*
*Autoclavable for 2000 cycles*
*(Recommended Max temperature 140°C)*

| | |
|---|---|
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Serie<br>*Kit* |
| **Stoccaggio**<br>***Storage*** | Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore<br>*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources* |
| **Prodotto da**<br>***Produced by*** | Asa Dental S.p.A.<br>Via Valenzana di sopra, 60<br>55054 Bozzano (Lu) |