ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Codice Articolo – Ref.:

Code

2852-12

Descrizione

Product Description

Portaimpronte in plastica autoclavabili
(Serie: MAXI da 12 pezzi)

Autoclavable plastic impression trays
(MAXI set of 12)

Contenuto

Contents

COD.		A mm	B mm	COD.		A mm	B mm
2852-U1		61	49	2852-L1		61	50
2852-U2		65	53	2852-L2		67	52
2852-U3		70	59	2852-L3		72	56
2852-U4		73	63	2852-L4		74	58
2852-L1S		-	-	2852-L1D		-	-
2852-L2S		-	-	2852-L2D		-	-

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in plastica

Instrument made of plastic

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata

Sterilization & Duration

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 2000 cicli
(Temperatura Max consigliata 140 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 2000 cycles
(Recommended Max temperature 140°C)

Confezionamento ***Packages***	Kit
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)