ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 00

Codice Articolo – Ref.:

Code

2853E-1DS

Descrizione

Product Description

Portaimpronte monouso in plastica 12 par sx,12 par dx

Disposable impression trays 12 left +12 right (part)

Contenuto

Contents

COD.	A mm	B mm
2853E-U1	61	49
2853E-U2	65	53
2853E-U3	70	59
2853E-U4	73	63
2853E-L1S	-	-
2853E-L2S	-	-

COD.	A mm	B mm
2853E-L1	61	50
2853E-L2	67	52
2853E-L3	72	56
2853E-L4	74	58
2853E-L1D	-	-
2853E-L2D	-	-

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in plastica

Instrument made of plastic

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I

Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Medical Device Class I

European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata

Sterilization & Duration

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 2000 cicli
(Temperatura Max consigliata 140 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Product to be used after sterilization.
For more information see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 2000 cycles
(Recommended Max temperature 140°C)

Confezionamento ***Packages***	Confezione da 24 pezzi per misura *Packaging of 24 pieces each size*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)