ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Codice Articolo – Ref.:

Code

3052-W4

Descrizione

Product Description

Uncini per molari piccoli con colletti tondi

Clamps for small upper molars with round collars

Dettagli

Details

Cod.	Tipo / *Type*	
MOLARI / MOLARS		
3052-4	**4**	Con alette / *Winged*
3052-W4	**W4**	Senza alette / *Wingless*

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Instrument made of stainless steel

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

Sterilizzazione & Durata

Sterilization & Duration

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)