ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Codice Articolo – Ref.: ***Code***	**5155-2**
Descrizione ***Product Description***	Punte di ricambio flessibili per stumenti per ceramica *Flexible replacement tips for ceramic sculpturing instruments*
Materiale di produzione ***Manufacture***	Strumento realizzato in acciaio inossidabile (punte) e alluminio (manico) *Instrument made of stainless steel (tips) and aluminium (handle)*
Note tecniche ***Technical notes***	N. A.
Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Sterilizzabile per 3000 cicli (Temperatura Max consigliata 180 °C) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ *For more informations see „Reprocessing Tools“* *Autoclavable for 3000 cycles* *(Recommended Max temperature 180°C)*
Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

Prodotto da

Produced by

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)