| ASA DENTAL | SCHEDA TECNICA ARTICOLI<br>TECHNICAL DATA SHEET | Rev. 01 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Codice Articolo – Ref.:**<br>***Code*** | **AL2723-LO** |
| **Descrizione**<br>***Product Description*** | Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato<br>MINI (Dim. 100x180x11 mm)<br><br>*Aluminium colour-coded instrument trays*<br>*MINI (Dim. 100x180x11 mm)* |
| **Materiale di produzione**<br>***Manufacture*** | Strumento realizzato in alluminio<br><br>*Instrument made of aluminium* |
| **Note tecniche**<br>***Technical notes*** | Dispositivo Medico Classe I<br>Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)<br><br>*Medical Device Class I*<br>*European Regulation 2017/745 (MDR)* |
| **Sterilizzazione & Durata**<br>***Sterilization & Duration*** | Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.<br>Sterilizzabile per 3000 cicli)<br>(Temperatura Max consigliata 160° C)<br>Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“<br><br>*Product to be used after sterilization.*<br>*Autoclavable for 3000 cycles*<br>*(Recommended Max temperature 160° C)*<br>*For more informations see „Reprocessing Tools“* |
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Singolo pezzo<br><br>*Single piece* |
| **Stoccaggio** | |

| | |
|---|---|
| ***Storage*** | Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore<br><br>*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources* |
| **Prodotto da**<br><br>***Produced by*** | Asa Dental S.p.A.<br>Via Valenzana di sopra, 60<br>55054 Bozzano (Lu) |