Codice Articolo – Ref. /*Code*	**RC1210-2**
Descrizione ***Product Description***	Otturatore Fig.2 - AsaWave *Filling instrument #2 - AsaWave*
Materiale di Produzione ***Manufacture***	Dispositivo Medico realizzato in materiale termoplastico PPSU (polifenilsulfone) e acciaio inossidabile. *Medical Device made of: PPSU (polyphenylsulfone) thermoplastic material and stainless steel*
Note tecniche ***Technical notes***	Dispositivo Medico Classe I Regolamento Europeo 2017/745 (MDR) *Medical Device Class I* *European Regulation 2017/745 (MDR)*
Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 200 cicli (Temperatura Max consigliata 134 °C, 3–5 min) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ Lo strumento è **riutilizzabile** dopo pulizia, disinfezione e sterilizzazione adeguate. *Product to be used after sterilization.* *Autoclavable for 200 cycles* *(Recommended Max temperature 134°C, 3–5 min)* *The instrument is **reusable** after proper cleaning, disinfection, and sterilization* *For more information see „Reprocessing Tools“*
Shelf life:	La durata effettiva dipende da modalità di utilizzo, manutenzione e manipolazione dello strumento. *Actual lifespan depends on usage, maintenance, and Handling of the instrument*.

Confezionamento ***Packages***	Singolo pezzo *Single Piece*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)