| | |
|---|---|
| **Codice Articolo – Ref. /*Code*** | **RC1807-04SF** |
| **Descrizione**<br>***Product Description*** | Curette Gracey Fig, 3/4 - AsaWave **punte NON AFFILATE**<br>*# 3/4 Gracey- AsaWave **tips SHARPEN FREE*** |
| **Materiale di Produzione**<br>***Manufacture*** | Dispositivo Medico realizzato in materiale termoplastico PPSU (polifenilsulfone), acciaio inossidabile e punta rivestita in materiale DLC.<br>*Medical Device made of: PPSU (polyphenylsulfone) thermoplastic material, stainless steel and tip coated in DLC material.* |
| **Note tecniche**<br>***Technical notes*** | Dispositivo Medico Classe I<br>Direttiva Europea 93/42/CEE e successiva modifica 2007/47/CE<br>*Medical Device Class I*<br>*European Directive 93/42/CEE and subsequent modification 2007/47/CE* |
| **Sterilizzazione & Durata**<br>***Sterilization & Duration*** | Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.<br>Sterilizzabile per 200 cicli<br>(Temperatura Max consigliata 134 °C, 3–5 min)<br>Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“<br>Lo strumento è **riutilizzabile** dopo pulizia, disinfezione e sterilizzazione adeguate.<br>*Product to be used after sterilization.*<br>*Autoclavable for 200 cycles*<br>*(Recommended Max temperature 134°C, 3–5 min)*<br>*The instrument is **reusable** after proper cleaning, disinfection, and sterilization*<br>*For more information see „Reprocessing Tools“* |
| ***Shelf life:*** | La durata effettiva dipende da modalità di utilizzo, manutenzione e manipolazione dello strumento.<br>*Actual lifespan depends on usage, maintenance, and Handling of the instrument*. |
| **Confezionamento**<br>***Packages*** | Singolo pezzo<br>*Single Piece* |

| | |
|---|---|
| **Stoccaggio**<br>***Storage*** | Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore<br>*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources* |
| **Prodotto da**<br>***Produced by*** | Asa Dental S.p.A.<br>Via Valenzana di sopra, 60<br>55054 Bozzano (Lu) |